



設備名稱	水分測試儀	廠牌/型號	品太科技
測試範圍	含水率: 0-100.0% 精確度 0.05%, Max 51g		
依據標準/測試方法			
<p>标准干燥: 启动后直接升温到设定温度。 渐近干燥: 经过预设时间逐步升温到设定温度。 步序干燥: 根据时间分阶段采用不同温度。 快速干燥: 采用 200℃ 快速加热 3 分钟后根据设定的干燥温度持续加热。 通过测量程序和干燥程序的任意组合能充分满足到不同样品的测定要求</p>			
製表	曾珮瑜	審核	高鎮